



**Narodowy Instytut Kardiologii Stefana
kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy
ul. Alpejska 42,
04-628 Warszawa**

Warszawa, 28.10.2022 r.

dotyczy: zapytanie ofertowe IK.AG.A.65.135/2022

2 ZMIANA 2 TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający – Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego pn: *Dostawa strzygarek chirurgicznych wraz z ostrzami na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowy Instytut Badawczy*, zamieszczonym w dniu 20 października 2022r. na stronie internetowej www.ikard.pl, wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego.

Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela wyjaśnień jak poniżej. Zamawiający informuje, iż treść pytań pozostawia w pisowni oryginalnej otrzymanej od Wykonawców

Pytanie nr 1

Pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie strzygarki zapewniającej 160 minut pracy po pełnym naładowaniu baterii (pozostałe parametry bez zmian).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza strzygarki, które po pełnym naładowaniu zapewnią stałą pracę od minimum 60 minut do maksymalnie 180 minut. Pozostałe cechy takie same jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Pozycja 1. Czy Zamawiający oczekuje strzygarki zapewniającej ruchomość ostrza w wielu płaszczyznach w zakresie 360 stopni bez potrzeby dotykania dłonią ostrza?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza obrotową strzygarkę, która zapewnia ruchomość ostrza w zakresie 360 stopni. Pozostałe cechy takie same jak w opisie przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 3

Czy wymagane przez Zamawiającego parametry strzygarki mają być potwierdzone w oryginalnej instrukcji producenta strzygarki?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że informacje zawarte w *Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia* służą do określenia parametrów sprzętu. Dokumenty potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego, co do zasady, pozyskuje się tylko od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej



oceniona. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające wszystkie parametry urządzenia zawarte w Załączniku nr 1 – *Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia*, forma dokumentu preferowana przez Zamawiającego to *katalogi lub karty charakterystyki lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez zaoferowane produkty wymagań Zamawiającego*.

Pytanie nr 4

Pozycja 3. Czy wymagane przez Zamawiającego parametry strzygarki mają być potwierdzone w oryginalnej instrukcji producenta strzygarki?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że informacje zawarte w *Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia* służą do określenia parametrów sprzętu. Dokumenty potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego, co do zasady, pozyskuje się tylko od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Wykonawca, zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające wszystkie parametry urządzenia zawarte w *Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia*, forma dokumentu preferowana przez Zamawiającego to *katalogi lub karty charakterystyki lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie przez zaoferowane produkty wymagań Zamawiającego*.

Pytanie nr 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość wyceny osobno strzygarki i ładowarki w formularzu ofertowym, ponieważ producent strzygarek oferuje je do sprzedaży, jako osobne elementy.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów w *Załączniku nr 1 – Oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia*. Zamawiający potrzebuje kompletnego sprawnego urządzenia, które zostanie wydane do użytkownika indywidualnego. W rozumieniu Zamawiającego strzygarka wraz z ładowarką stanowi komplet, oba elementy kompletu są nieodzowne do zapewnienia właściwego użytkowania. Zamawiający wymaga podania łącznej kwoty za strzygarkę i ładowarkę.

W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający zmienia zapisy z zapytania ofertowego na *Dostawę strzygarek chirurgicznych wraz z ostrzami na potrzeby Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytut Badawczy* w punktach 10, 11, 20 które otrzymują nowe brzmienie:

10. Sposób przygotowania oferty.

Ofertę należy sporządzić na załączonych drukach – oferta cenowa i opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1). Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta – zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.135/2022, nie otwierać przed **04.11.2022r.** do godz. 11:00”. Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego w Kancelarii Ogólnej Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytut Badawczy w pokoju nr 0.221.

11. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę złożyć należy do dnia **04.11.2022r.** do godz. 11:00 w zaklejonej kopercie na adres: Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytut Badawczy Dział Administracyjno – Gospodarczy, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa oraz powinna być oznaczona następująco- Oferta – zapytanie ofertowe nr IK.AG.A.65.135/2022, nie otwierać przed **04.11.2022r.** do godz. 11:00.

20. **Miejsce i termin otwarcia ofert**

Sekretariat Działu Administracyjno-Gospodarczego, Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego Państwowego Instytut Badawczy przy ul. Alpejskiej 42 w Warszawie, **dnia 04.11.2022 o godzinie 11:15.**



Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie, bez udziału oferentów.

Wyniki przeprowadzonego konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.ikard.pl

Pozostałe zapisy i dokumenty zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

.....
(Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych)

Wyk: wchelmecka (DAG)