

Znak sprawy: 60/2010

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień oraz dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

„Materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji”

Pytanie nr 1

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z tolerancją dla rozmiaru fałdy ± 10 mm?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza do oceny rękawy z tolerancją rozmiaru fałdy +10 mm, natomiast nie dopuszcza do oceny rękawów z tolerancją rozmiaru fałdy -10mm, ponieważ rozmiary rękawów dostosowane są do sprzętu jaki posiadamy.

Pytanie nr 2

Część nr 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 z części 1 do osobnego zadania lub możliwość składania ofert na poszczególne pozycje części 1 ,co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie rzeczywiście najbardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ odnośnie pozycji zawartych w części nr 1.

Pytanie nr 3

Część nr 6

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 i 6 z części 6 lub możliwość składania ofert na poszczególne pozycje części 1 co umożliwi Zamawiającemu otrzymanie rzeczywiście najbardziej konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający tak sformował pakiet, aby otrzymać optymalną cenę i jakość w pakiecie. Zamawiający pozostaje przy zapisach SIWZ.

Pytanie nr 4

Cześć nr 2

Czy zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów potwierdzających pełną zgodność z wymogami EN 867-4 a obecnie EN ISO 11140-4, która zastąpiła normę EN 867-4?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu potwierdzającego zgodność z normą EN ISO 11140 -4

Pytanie nr 5

Część nr 5

Czy Zamawiający w pozycji nr 2.3 dopuści rękaw z zakładką 50 mm?

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Część nr 5

Czy Zamawiający w pozycji nr 2.4 dopuści rękaw z zakładką 65 mm?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ zarówno szerokość jak i wysokość rękawów dostosowujemy do sprzętu jaki posiadamy.

Pytanie nr 7

Część nr 5

Czy Zamawiający w pozycji nr 2.5 dopuści rękaw o wymiarach 380mm x 80mm x 100 mb

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ zarówno szerokość jak i wysokość rękawów dostosowujemy do sprzętu jaki posiadamy.

Pytanie nr 8

Część nr 6

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycja nr 2,3: Czy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczenia producenta Zamawiający wymaga zaświadczenia o klasie wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie zaświadczenie.

Pytanie nr 9

Część nr 6

Dotyczy Pakietu nr 6, pozycja nr 5: Czy Zamawiający wymaga określenia warunków zabicia spor w temperaturze 121°C i 134° C udokumentowanego przez przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika?

Odpowiedź nr 9

Tak. Zamawiający wymaga takiego atestu.


Przewodnicząca Komisji Przetargowej

INSTYTUT KARDIOLOGII

Barbara Barska

Centrum Sterylizatornia

Pielęgniarka koordynująca



Barbara Barska

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie Zamawiającego www.ikard.pl w dniu 8. lipca 2010 r.