

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

„Materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji”

Pytanie nr 1

Czy w części 3, pozycja nr 1-3 można wycenić włókninę do sterylizacji o gramaturze 57g/m²?

Odpowiedź nr 1

Nie, Zamawiający uważa, że włóknina o gramaturze 57g/m² jest dużo mniej wytrzymała od włókniny 66g/m².

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający opisując wymagania w części 6 Załącznika nr 2A do SIWZ używając określenia TST miał na myśli dowolny wskaźnik emulacyjny reagujący na 3 parametry krytyczne czas, para, temperatura (Time, Steam, Temperature) ?

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający używając określenia TST miał na myśli dowolny wskaźnik emulacyjny reagujący na 3 parametry krytyczne czas, para, temperatura (Time, Steam, Temperature).

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

INSTYTUT KARDIOLOGII

Centralna Sterylizatornia

Piękarska 25, 01-226 Warszawa

Barbara Barska
Barbara Barska

Wyjaśnienie treści SIWZ zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego www.ikard.pl w dniu 9 lipca 2010 r.