

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (3)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

#### „sprzętu medycznego”

##### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający ma na myśli w Części numer 2 poz. 1 i części nr 3 poz. 1 Podłoże piankowe z hydrożelem stałym w którym zastosowano hydrożel ulepszony zmniejszający impedancję skóry - receptura „szybka”?

##### Odpowiedź nr 1

Zamawiający ma na myśli elektrody dające bardzo dobrą jakość zapisu w trakcie długotrwałego monitorowania. Zastosowany w nich żel ma eliminować wszelkie czynniki mające wpływ na zakłócenia jakości uzyskiwanego zapisu.



Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Maciej Miłkowski

---

Wyjaśnienie treści SIWZ zostało zamieszczone na stronie  
Zamawiającego [www.ikard.pl](http://www.ikard.pl) w dniu 23 lipca 2010 r.