

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (4)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

„sprzętu medycznego”

Pytanie nr 1

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli z Części nr 1 pozycje 7 i 23 zawierające przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i przedłużacze do pomp infuzyjnych (przezroczyste i bursztynowe) w jeden osobny pakiet producencki (np. Część nr 1a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania.

Na rynku polskim istnieją firmy, które produkują wspomniany asortyment nie produkując jednocześnie pozostałych produktów zawartych w zadaniu. Firmy te jako specjalizujące się w określonych produktach oferują bardzo konkurencyjne ceny. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

Odpowiedź nr 1

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2

Dotyczy Części nr 1 pozycji 23

Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, jaką długość przedłużacza z kranikiem trójdrożnym ma na myśli.

Odpowiedź nr 2

Zgodnie z SIWZ. Preferowane przedłużacze o długości 10 i 25 cm.

Pytanie nr 3

dotyczy części 5.

Prosimy o sprostowanie, czy Zamawiający żąda ostatecznie elektrod radio-transparentnych czy też nie, gdyż numer katalogowy M3713A wymieniony w specyfikacji odnosi się do elektrody standardowej tzn. nie radio-transparentnej. Jeżeli Zamawiający wymaga takiego rodzaju elektrody to numer katalogowy firmy Philips powinien być: M3716A. Prosimy o korektę opisu pakietu.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający żąda elektrod radio-transparentnych kompatybilnych z defibrylatorem M3535A.

Pytanie nr 4

dotyczy części 17.

Ze względu na trwającą już ponad 3 lata współpracę w zakresie przedmiotu zamówienia w pozycjach 1 oraz 2 prosimy o dopuszczenie kaniul o średnicy 14Fr, które spełniają wszystkie wymagania techniczne stawiane przez Zamawiającego i które z powodzeniem, bez żadnych uwag były stosowane w Państwa ośrodku.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wymaga kaniul o średnicy min. 3mm – średnica balonika min. 6 mm.

Pytanie nr 5

Część nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad. nr 12 na cewnik diagnostyczny o nazwie kształtu nadanej przez producenta - MPA zamiast MPA1, który posiada dokładnie te same parametry co MPA1 i w nomenklaturze producenta jest równoznaczny z cewnikiem o nazwie MPA1?

Uzasadnienie: W przetargu z roku 2007 („przetarg nieograniczony znak 82/07, dostawa cewników diagnostycznych, introducerów diagnostycznych, ramp 2-drożnych”) Zamawiający odpowiedział pozytywnie na nasze pytanie tej samej treści. Na tej podstawie prosimy

o ponowne dopuszczenie do oceny oferowanych przez nas cewników, jako spełniających wymogi zapisów SIWZ.

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 6

Część 7 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie równoważnych elektrod do EKG:

Pozycja 1.- elektrody do EKG do prób wysiłkowych i długookresowego monitorowania

- z wycięciem na mocowanie przewodu zamiast przesuniętego czujnika elektrody; podłużny otwór umożliwi przełożenie przewodu łączącego elektrodę z aparatem EKG, przyklejenie go do ciała pacjenta zapewnia nieprzerwany zapis pozbawiony artefaktów. Sposób wykonania wycięcia zapewnia większą wytrzymałość na rozerwanie

- na podkładzie z gąbki PE (polietylen) zamiast gąbki PCW;

- pakowanej po 30 sztuk,

- o rozmiarze 55mm x 40mm.

Pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Oświadczamy, że jesteśmy producentem jednorazowych elektrod EKG i wszystkie powyższe elektrody są elektrodami równoważnymi, spełniającymi wymagania Zamawiającego.

Oferujemy bardzo dobrą cenę i jakość.

Odpowiedź nr 6

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 7

Część 11 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji rękawiczek o powierzchni mikroteksturowanej, ze względu na lepszą chwytność rękawicy i lepsze prowadzenie narzędzi.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Część 11 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji rękawiczek w opakowaniach oznaczonych datą produkcji zamieszczoną w numerze serii.

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 9

Część 11 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji i utworzenie z niej oddzielnego pakietu bądź przeniesienie do pakietu nr 10, ze względu na ich specyfikę, umożliwi to złożenie większej ilości ofert w korzystnych cenach.

Odpowiedź nr 9

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10

Projekt umowy - § 2 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu dostaw z 3 na 5-7 dni roboczych.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 11

Projekt umowy - § 3 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę ww. paragrafu.

W zamian prosimy o dopisanie do umowy niżej wymienionego punktu:

„1. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen w przypadku:

- a) odchylenia od kursu walut wzrost/spadek 10% stosunku do kursu z dnia złożenia oferty
..... 2010 r. (wg tabeli NBP). Wzrost/ spadek będzie weryfikowany w ostatnim dniu

- roboczym miesiąca, w którym występują notowania kursu walut NBP a strony ustalają cenę na kolejny miesiąc.
- b) zmianę stawki podatku VAT bądź stawek celnych i innych podobnych opłat publicznoprawnych związanych z wprowadzeniem na polski obszar celny asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia.
 - c) podyktowaną przez producenta zmianę cen asortyment stanowiącego przedmiot zamówienia.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja 1:

Czy w celu zabezpieczenia rękawiczki chirurgicznej, nie posiadającej rolowanego mankietu przed zsuwaniem się, powinna ona posiadać wzmocnienia mankietu w postaci poprzecznego i podłużnego prążkowania?

Odpowiedź nr 12

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja 2, 3, 5:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długościach 260-285 mm odpowiednio dla rozmiaru od 6,0 do 8,5, co jest zgodne z normami dotyczącymi rękawic chirurgicznych tj. zawartych w normie EN 455-2.

Odpowiedź nr 13

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych szczelnie pakowanych – w komplecie 2 pary, każdy kolor (para) w oddzielnym opakowaniu dla zabezpieczenia procedur jałowego użytkowania, spełniające wszystkie pozostałe wymogi.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15

Dotyczy Pakietu nr 10, pozycja 1-5

- 1) Czy rękawiczki chirurgiczne, ze szczególnym uwzględnieniem rękawic do zabiegów o podwyższonym ryzyku, mają być szczelne dla wirusów przenoszonych przez krew (Norma ASTM 1671), czy ma to być potwierdzone badaniami dołączonymi do oferty?
- 2) Czy jako dokument potwierdzający zgodność z normą EN 455- 1,2,3 Zamawiający będzie honorował Deklarację zgodności oraz certyfikat CE lub Deklarację zgodności oraz Certyfikat Jednostki Notyfikowanej wydany na podstawie danych technicznych producenta, potwierdzającej zgodność z normą EN 455- 1,2,3?

Odpowiedź nr 15

- 1) Zgodnie z SIWZ.
- 2) Zgodnie z SIWZ.

INSTYTUT KARDIOLOGII
im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42


Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Maciej Miłkowski

Wyjaśnienie treści SIWZ zostało zamieszczone na stronie
Zamawiającego www.ikard.pl w dniu 14 kwietnia 2010 r.