

INSTYTUT KARDIOLOGII
im. Prymasa Tysiąclecia
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
04-628 Warszawa, ul. Alpejska 42

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (5)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

„sprzętu medycznego”

Pytanie nr 1

Pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy żołądkowej przeciwoleżynowej typu Portex z zatyczką w rozmiarze 18-22 pozostałe parametry zgodne z SIWZ, gdyż według naszej wiedzy występują one tylko w rozmiarach 8-22F?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza.

Ponadto Zamawiający informuje, że w udzielonych wyjaśnieniach „WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ (3)” pismo znak: IK/EH/065/184/2010 z dnia 14.04.2010r. w odpowiedzi nr 5 została przekazana niepełna odpowiedź. Pełna odpowiedź na pytanie nr 5 brzmi:

Pytanie nr 5

Część 1, pozycja 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników typu Foley pakowanych podwójnie, wewnętrzne-folia, zewnętrzne folia-papier, z balonem 5-15 ml dla rozmiarów Ch 12-24, zaś w przypadku cewników pediatrycznych czyli Ch 8-10 – balon 3-5 ml?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza wymienione w pytaniu pojemności balonów dla poszczególnych rozmiarów cewników, nie dopuszcza sposobu pakowania.



Przewodniczący Komisji Przetargowej
mgr Maciej Miłkowski

Wyjaśnienie treści SIWZ zostało zamieszczone na stronie Zamawiającego www.ikard.pl w dniu 16 kwietnia 2010 r.