

Warszawa, 28.04.2010 roku

IK/EH/0-65/215/10  
Znak sprawy: 29/2010

**Wszyscy Wykonawcy**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą, Instytutu Kardiologii tj. Zamawiający udziela niniejszym wyjaśnień dot. treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

#### **„Sprzętu medycznego do wykonywania zabiegów z zakresu elektrofizjologii i hemodynamiki”**

**Pytanie 1 – część nr 2**

Czy w pakiecie "Wszczepialne defibrylatory-kardiowertery z funkcją terapii resynchronizującej serca (CRT-D), kompletem elektrod oraz zestawami do cewnikowania zatoki wieńcowej" parametr wymagany "czas ładowania kondensatorów do pełnej energii  $\leq 10s$ " dotyczy pełnego okresu życia wszczepialnego defibrylatora-kardiowertera z funkcją terapii resynchronizującej serca (CRT-D)?

**Odpowiedź nr 1:**

Nie, dotyczy tylko początkowego okresu.

**Pytanie 2 – część nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie "Wszczepialne defibrylatory-kardiowertery z funkcją terapii resynchronizującej serca (CRT-D), kompletem elektrod oraz zestawami do cewnikowania zatoki wieńcowej" "dopuszcza aktywne elektrody przedsionkowe o średnicy 7,2F?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający dopuszcza aktywne elektrody przedsionkowe o średnicy 7.2 F.

**Pytanie 3 – część nr 3**

Czy w pakiecie "Wszczepialne defibrylatory-kardiowertery z funkcją terapii resynchronizującej serca (CRT-D), systemem monitorowania domowego, kompletem elektrod oraz zestawami do cewnikowania zatoki wieńcowej" parametr wymagany "czas ładowania kondensatorów do pełnej energii  $\leq 10s$ " dotyczy pełnego okresu życia wszczepialnego defibrylatora-kardiowertera z funkcją terapii resynchronizującej serca (CRT-D)?

**Odpowiedź nr 3:**

Nie, dotyczy tylko początkowego okresu.

**Pytanie 4 – część nr 3**

Czy Zamawiający w pakiecie "Wszczepialne defibrylatory-kardiowertery z funkcją terapii resynchronizującej serca (CRT-D), systemem monitorowania domowego, kompletem elektrod oraz zestawami do cewnikowania zatoki wieńcowej" "dopuszcza aktywne elektrody przedsionkowe o średnicy 7,2F?

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający dopuszcza aktywne elektrody przedsionkowe o średnicy 7.2 F.

**Pytanie 5 – część nr 6 i 10**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dołączenia próbek w części 6 i 10 lub ich zwrot w stanie nienaruszonym po potwierdzeniu zgodności parametrów wymaganych? Zamawiający jest od wielu lat użytkownikiem sprzętu, który zamierzamy zaoferować i konieczność dołączenia bezzwrotnego próbek sprzętu, który jest bardzo drogi istotnie podnosi koszt udziału w tym przetargu?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz załącznikami.

**Pytanie 6 – część nr 10**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu o terminie ważności min. 12 miesięcy od czasu dostawy?

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w części 10 sprzętu o terminie ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy.

**Pytanie 7 – wzór umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §8 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

1. „Wykonawca jest obowiązany zapłacić zamawiającemu karę umowną w przypadku nie dotrzymania terminów określonych w § 2 i § 7 niniejszej umowy w następującej wysokości:
  - 1.1. 0,1% wartości brutto przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki w dostawie,
  - 1.2. 0,2% wartości brutto przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki w załatwieniu reklamacji jakościowej lub ilościowej.”

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz załącznikami.

**Pytanie 8 – wzór umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 2 na następujący:

„Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez okres 12 miesięcy.

Po tym okresie zmiana cen jednostkowych netto może nastąpić w przypadku:

- Udokumentowanej zmiany cen przez Producenta,
- Zmiany średniego kursu Euro/ USD w NBP powyżej 3% w stosunku do średniego kursu Euro/USD z dnia podpisania umowy.”

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz załącznikami.

**Pytanie 9 – wzór umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §4 ust. 5 na następujący:

„Za datę płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz załącznikami.

**Pytanie 10 – wzór umowy**

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu rozpatrzenia reklamacji do 5 dni roboczych od daty jej złożenia.

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz załącznikami.

**Pytanie 11 – wzór umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §11 na następujący:

„Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.”

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz załącznikami.

**Pytanie 12 – wzór umowy**

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:

„W przypadku braku zapotrzebowania Szpital zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru w granicach 20 % w stosunku do ilości określonej w załączniku nr 1.”

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz załącznikami.

**Pytanie 13 – wzór umowy**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 2 na następujący:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ wraz załącznikami.

**Pytanie 14 – część nr 1**

Czy Zamawiający uzna w pakiecie 1, pkt.8 (dot. stymulatorów DDDR) algorytm IRS Plus, który poza wydłużeniem histerezy AV posiada algorytm aktywnego promowania własnego przewodzenia AV, oparty na aktywnym poszukiwaniu własnego przewodnictwa po zespołach wystymulowanych oraz własnych? Algorytm IRS Plus zapewnia redukcję stymulacji RV o ponad 80% oraz optymalizację hemodynamiki poprzez unikanie niefizjologicznie długich opóźnień AV.

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający dopuszcza proponowany algorytm.

Zca Dyrektora ds. Klinicznych

*Doc. dr hab. n. med. Jacek Grzybowski*

