



IK-EH-065-448/2010

Warszawa, 28 lipca 2010 roku

Znak sprawy: 62/2010

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych („Ustawa”), w imieniu Instytutu Kardiologii („Zamawiający”) udzielamy wyjaśnień oraz dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę:

- „ Aparatu (wraz z posadowieniem i integralnym wyposażeniem) do hemodynamiki, przystosowanego do pracy w reżimie sali hybrydowej (hemodynamiczno-operacyjnej) ”**

Dotyczy pkt. V. KLIMATOR – PRZYSŁONY

Pytanie nr 1

Dotyczy pkt. 37

Czy Zamawiający przyznaje punkty za automatyczny dobór stałej filtracji promieniowania w zależności od rodzaju badania?

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści punktu 37.

Dotyczy pkt. VI. GENERATOR

Pytanie nr 2

Proszę podać przewidywany czas pracy generatora prądotwórczego w trybie awaryjnym?

Odpowiedź: Agregat prądotwórczy, z uwagi na przewidywane zsynchronizowanie z istniejącym, który jest przystosowany do pracy ciągłej, również musi być przystosowany do pracy ciągłej.

Pytanie nr 3

Proszę podać lokalizację oraz odległość generatora prądotwórczego do planowanej rozdzielni dla bloku operacyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający załącza fragment mapy z zaznaczonymi stacją SO1, rozdzielnią główną nn. i istniejącym agregatem.

Dotyczy pkt. XI. STÓŁ PACJENTA

Pytanie nr 4

Dotyczy pkt. 108

Czy Zamawiający wymaga, by pochłaniałość blatu pacjenta mniejsza niż ekw. 1,5 mm Al. dotyczyła każdego miejsca jego przezierności?

Odpowiedź: Podana przezierność dotyczy miejsca na którym leży prześwietlany pacjent tak aby możliwa była pełna realizacja funkcjonalności zgodnie z zakresem podanym w punkcie 11.

Dotyczy pkt. XIV. KONSOLA OPERATORSKA

Pytanie nr 5

Dotyczy pkt. 142

1. Czy Zamawiający wymaga dostawy drukarki do wydruku w sterowni?

